

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie konkursu ofert na **”Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora oraz sprzęt jałowy dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.”** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.12.2021.**

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (zwanej dalej ”SWKO”):

1. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści czytnik z roku 2016?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści czytnik o wydajności do 300 pasków/godz.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści czytnik z pamięcią 2000 wyników?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści czytnik z wyświetlaczem 4.3” ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści czytnik, który nie posiada pojemnika na zużyte paski?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Pakiet 1 Czy Zamawiający zrezygnuje z czytnika backup?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SWKO i jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Majer